

FICHA TÉCNICA

Refractómetro automático con queratómetro YSKR92

Refractómetro automático con queratómetro

Especificación técnica

Modelo

Refractómetro automático YSKR92 con keratometro

Medición de los desópticos

Distancia vertical

0mm, 12.0mm, 13.75mm

Sphere

-20~+20D (0.12/0.25D step)

Cilindro

0,00~+-10.00D (0.12/0.25D step)

Axis

1~ 180 (pasos 1)

Distancia al alumno

30~85mm

Diámetro mínimo de la pupila

2.0 mm

Meta

Meta de carga automática

Medición de curvatura corneal

Radius de curvatura

5 ~ 10 mm (0,01 mm pasos)

Reflexión corneal

30.00~67.00D (0.12/0.25D step)

Corneal Astigmatism

0,00 ~ - 15.00D (0.12/0.25D steps)

Axis

1° ~ 180 ° (pasos 1 °)

Diámetro corneal

2.0 ~ 12.00 mm

Especificación del producto

Visualización

5,7 pulgadas de color LCD

Impresora

Impresora térmica rápida

Función de ahorro de energía

OFF, 5/15 mins (Seleccionable)

Suministro de energía

AC 110~240V, 50/60HZ, 50W

Dimensión/peso

288 (W) * 500(D)*480 (H)mm/ 14.5kg

Panamá | Centroamérica | Caribe | CARICOM

Información del catálogo autorizado. Confirmar configuración, accesorios y documentación en la cotización.

Traducción asistida: revisar la ficha del fabricante antes de comprar.