

FICHA TÉCNICA

Sistema de cámara endoscópica Cámara completa del endoscopio CCD HD del hospital con HDMI YSGW100C-N

Sistema de cámara endoscópica Cámara completa del endoscopio CCD HD del hospital con HDMI

Características principales:

El chip de importación original, señal digital.

2. Adoptar procesamiento digital de imágenes, 1920*1080 Salida de vídeo HD completo, buena retroiluminación estereoscópica, automática para evitar reflectante, y buena estabilidad.

3. Equilibrio blanco automático, reduzca la dificultad de los operadores.

4. Multi-Salida.

5. La velocidad de extinción es inferior a 0.1s.

6. A prueba de agua de la cabeza de la cámara: IPX8, para evitar que el agua entre en la cabeza de la cámara durante la cirugía.

7. Procesamiento especial contra el adelgazamiento, manejar de manera eficaz el inquietante voltaje producido por electrotome de alta frecuencia, evitando las imágenes de cirugía de influencia.

8. Botón de encendido; Botón de equilibrio blanco

Velocidad de extinción

<0.1s

Píxeles eficaces

P:1920(H)*1080(V)

Frecuencia de exploración

N:60Hz P:60Hz

Modo de exploración

Escaneo progresivo

Resolución horizontal

1200TVL

Cierre electrónico

Cierre electrónico

DNR

3D Denoise

SNR

≥50dB

Brillante

ODS Adjustable

Saldo blanco

AWC/MWC/One step WB

Producción de vídeo

BNC*1,VGA*1,SDI*1,HDMI*4, puerto de control remoto

Iluminación mínima

$\leq 0.1\text{Lux}$

DSS

30x

Panamá | Centroamérica | Caribe | CARICOM

Información del catálogo autorizado. Confirmar configuración, accesorios y documentación en la cotización.

Traducción asistida: revisar la ficha del fabricante antes de comprar.