

FICHA TÉCNICA

Sistema de rayos X de alta frecuencia YSX980B



Fotografía de referencia. Confirmar accesorios y configuración en la cotización.

Especificación técnica

No.

Tema

Especificación

1

Generador de rayos X

1.1

Tipo de generador

Generador de alta frecuencia 80kHz

1.2

Alimentación eléctrica

Fase única 220VAC, 50/60Hz

1.3

Parámetros radiográficos

Punto Focal grande 20-35kV/10-510mAs

Punto focal pequeño 20-35kV/10-100mAs

1.4

Potencia nominal

6kW

2

Tubo de rayos X

2.1

Modelo

IAE C339V

2.2

Tamaño del punto focal

Doble enfoque 0.1/ 0.3mm

2.3

Material del ánodo

Molibdeno (Mo)

2.4

Material del puerto

Berilio (Be)

2.5

Unidad de Anododo de alta velocidad

3000 /10000 rpm

2.6

Ángulo del ánodo

10°/15°

2.7

Capacidad térmica del ánodo

225KJ (300KHU)

2.8

Refrigeración del ánodo

Refrigeración del aire

2.9

Filtración

Mo(0.03mm)

3

Estante radiográfico

3.1

Movimiento vertical del brazo en U

590mm

3.2

Ángulo de rotación

+180°~-165°

3.3

SID

650mm

4

Receptor de imagen de Cassette

24cm×30cm (18cm×24cm Opcional)

5

Voltaje de línea

,Fase del sistema

6

Peso de embalaje

315 kg

Panamá | Centroamérica | Caribe | CARICOM

Información del catálogo autorizado. Confirmar configuración, accesorios y documentación en la cotización.

Traducción asistida: revisar la ficha del fabricante antes de comprar.