

FICHA TÉCNICA

Ventilador oscilatorio de alta frecuencia (VFO) médico YSAV-CV7



Fotografía de referencia. Confirmar accesorios y configuración en la cotización.

Modelo	YSAV-CV7 HFO
Tiempo inspiratorio	0.10~15.00 s
Frecuencia	1~200 bpm
Frecuencia de respaldo	1~120 bpm
PEEP	1.0~30.0 cmH2O
CPAP	1.0~30.0 cmH2O
Presión inspiratoria manual	2.0~80.0 cmH2O
MAP	1.0~50.0 cmH2O
Amplitud HF	2.0~60.0 cmH2O
Presión inspiratoria	2~80 cmH2O
Presión inspiratoria en apnea	2.0~25.0 cmH2O
Amplitud (Delta P)	1.0~150.0 cmH2O
Tiempo alto	0.10~30.00 s
Tiempo de apnea	1~60 s
Frecuencia HF	2-20 Hz
Oxígeno	21~100%
Flujo manual	2.0~25.0 L/min

Límite de volumen corriente	1~500 mL
Peso	≤21.5 kg; incluido módulo HFOV
Dimensiones	398×425×437 mm
Potencia	70 W
Ruido	46 dB
Pantalla	Pantalla táctil TFT LCD en color de 15.6 pulgadas
Resolución de pantalla	1366×768 píxeles

La fuente identifica YSAV-CV7 HFO. Se omiten accesorios opcionales y referencias comerciales copiadas; se conserva la precisión.

Panamá | Centroamérica | Caribe | CARICOM

Información del catálogo autorizado. Confirmar configuración, accesorios y documentación en la cotización.

Traducción asistida: revisar la ficha del fabricante antes de comprar.