

FICHA TÉCNICA

Taladro médico del cráneo y YSKL-02 del molino

Perforación de cráneo médico de alto rendimiento y Mill YSKL-02 buen precio

YSKL-02 Datos técnicos:

Batería:

Batería NI-MH

Voltaje 14.4V

Tiempo de carga alrededor de 3 horas

Unidad principal:

Tensión de trabajo 14.4V

Potencia de salida $\geq 20W$

Aumento de la unidad de temperatura $\leq 25^{\circ}C$

Cargador:

Tensión de entrada 220V/50HZ

Tensión de salida: 14.4V, 700mA

Potencia de entrada 30VA

YSKL-02 Configuración estándar:

1×Mainframe

1×Batería

1×Charger

1×Craniotomía taladro

1×Misteriotectomía

1×Canal de esterilización

1× Caja de aluminio

YSKL-02 Especificaciones técnicas Merits:

1. Motor eléctrico sellado completo se puede esterilizar hasta $135^{\circ}C$
2. Excelente calidad, diseño portátil y control de velocidad ajustable.
3. Combinación de taladro y molino facilita el cambio
4. Velocidad de montaje rápido y desmontaje hacen que la cirugía sea más eficiente
4. Función de parada automática para asegurar que el funcionamiento sea más seguro
5. Batería NI-MH sin entorno de memoria
6. Autoclavable

Panamá | Centroamérica | Caribe | CARICOM

Información del catálogo autorizado. Confirmar configuración, accesorios y documentación en la cotización.

Traducción asistida: revisar la ficha del fabricante antes de comprar.