Wellmed Pro | Wellview Universal Group

FICHA TÉCNICA

Dispositivo de detección de oídos recién nacidos YSTLJ-MA02

Wellmed Pro YSTLJ-MA02 ERO-SCAN DPOAE OAE neonatal hearing screening

1. Nombre del producto

Dispositivo de detección de oídos recién nacidos

2. Modelo " Especificación "

Modelo

Especificación

Método de ensayo

YSTLJ-MA01

L*W*D:18*6*3cm

TEOAE " DPOAE

YSTLJ-MA02

L*W*D:18*6*3cm

DPOAE

YSTLJ-MA03

L*W*D:18*6*3cm

TEOAE

3. Componentes

Host device, sonda, base, adaptador, tapones auditivos

4. Rango de frecuencia de señalización de estímulo

Modelo

Modo

Tamaño

(L*W*D) (cm)

Frecuencia

YSTLJ-MA01

DPOAE

18*6*3

(f1:1.64kHz; f2:2kHz); (f1:2.46kHz; f2:3kHz); (f1:3.28kHz; f2:4kHz); (f1:4.1kHz; f2:5kHz)

YSTLJ-MA01

TEOAE

18*6*3

1.5kHz, 2kHz, 2.5kHz, 3kHz, 3.5kHz, 4kHz

YSTLJ-MA02

DPOAE

18*6*3

(f1:1.64kHz; f2:2kHz); (f1:2.46kHz; f2:3kHz); (f1:3.28kHz; f2:4kHz); (f1:4.1kHz; f2:5kHz)

YSTLJ-MA03

TEOAE

18*6*3

1.5kHz, 2kHz, 2.5kHz, 3kHz, 3.5kHz, 4kHz

Nivel de estimulación:

1) TEOAE: 60dB-80dB

2) DPOAE: 50dB-65dB

Panamá | Centroamérica | Caribe | CARICOM

Información del catálogo autorizado. Confirmar configuración, accesorios y documentación en la cotización.

Traducción asistida: revisar la ficha del fabricante antes de comprar.