

FICHA TÉCNICA

Microscopio quirúrgico YSOM-X-4C



Fotografía de referencia. Confirmar accesorios y configuración en la cotización.

Microscopio quirúrgico YSOM-X-4C

Desempeño

1.1 Rendimiento óptico

Distancia de trabajo

Magnificación

Ver el campo

Microscopio primario

192 mm

10X

CCPR27.5mm

Microscopio secundario

192 mm

4X

·39mm

Diámetro del foco de luz de iluminación ·40mm

Iluminación no menos de 15000Lx

Rango de ajuste de la distancia de los ojos 55~75mm

Rango de ajuste de la visibilidad ocular ± 5 dioptr

1.2 Desempeño mecánico

Disposición y elevación del rango de marco, ajustado por el brazo de resorte 200mm

Concentración eléctrica 40 mm

Velocidad de microfocusing eléctrica 3mm/s

Rango de ajuste en dirección de nivelación $\pm 100^\circ$

Max radio de giro del brazo cruzado 800mm

1.3 Rendimiento de electricidad

Alimentación AC220V 50Hz

Lámpara de tungsteno de arco de tungsteno

Panamá | Centroamérica | Caribe | CARICOM

Información del catálogo autorizado. Confirmar configuración, accesorios y documentación en la cotización.

Traducción asistida: revisar la ficha del fabricante antes de comprar.