

FICHA TÉCNICA

Pantalla de plomo de protección contra la radiación de un solo pareado YSX1606

Pantalla de protección contra radiación de un solo par de pares YSX1606

Especificaciones de la pantalla principal

1. La pantalla principal está compuesta por placa de plomo y plancha
2. El equivalente de plomo de la pantalla principal no es inferior a 0,50 mmPb.
3. Tamaño de la ventana de la vista 6"X 8", espesor de vidrio de plomo 8mm y no menos de 0.50mmPb
4. Altura & ancho & espesor: 1800mm X 900mm X 35mm, equipado con 4 ruedas
5. Single couplet

AparienciaOpción: Acero inoxidable o pintado por rayos

Descripción detallada del producto

1. La pantalla principal se utiliza para la protección de protección de protección de filmación en el estudio fotográfico de rayos X, la dentista, la cama y la sala de operaciones.
2. La pantalla protectora de un solo enlace de rayos X médico (pantalla de cuentas) está compuesta por placa de plomo y plancha de hierro.
3. Puede fabricarse según el tamaño del estudio fotográfico y la necesidad de la protección.
4. Está equipado principalmente con una ventana de visión de vidrio de 6"X 8".
5. Los alrededores de la ventana principal pueden ser sellados por los yesos adhesivos, de modo que para fijarla firme.
6. Está equipado con 4 ruedas.

Notas

La pantalla plomada no debe sufrir impactos, para evitar roturas que provoquen fugas de radiación. El producto debe almacenarse con una humedad relativa inferior al 80%, sin luz solar directa, lejos del calor, en una habitación ventilada y sin gases corrosivos; se prohíbe almacenarlo en contacto con ácidos, álcalis u otros artículos para prolongar su vida útil.

Embalaje de madera: 188x96x13cm Net: 29Kg Cross: 46Kg

Panamá | Centroamérica | Caribe | CARICOM

Información del catálogo autorizado. Confirmar configuración, accesorios y documentación en la cotización.

Traducción asistida: revisar la ficha del fabricante antes de comprar.