

FICHA TÉCNICA

Microscopio quirúrgico YSOM-X-8A

Microscopio quirúrgico YSOM-X-8A

La parte del microscopio

- ★1. Ocular primario de lente: ocular de observación de ángulo variable de 0-90 grados único binocular
- 2. Lente principal y ocular: ángulo ancho 10X, con ajuste de dioptreros
- Rango de ajuste del desóptero: binocular $\pm 6D$
- ★3. Rango de ajuste de inclinación delantera y trasera: $\pm 45^\circ$
- ★4. Rango de ajuste de inclinación izquierda y derecha: $\pm 30^\circ$
- 5. Rango de ajuste de distancia interpupillaria: 55mm-75mm
- ★6. Magnificación: 4X-20X (amplio zoom continuo sin pasos)
- 7. Diámetro de campo de visión: 12,5 mm-60mm
- 8. Distancia de trabajo: 200mm (configuración estándar)
- ★9. Equipado con lente objetivo grande para cirugía laríngea

El sistema de iluminación

- 1. Forma: fibra óptica de diámetro ancho
- 2. Fuente de luz: 15V/150W lámpara halógena (dos grupos de fuentes de luz convertibles)
- 3. Modo de control: regulación de cuatro niveles
- 4. Iluminación: $\geq 60000LX$
- 5. Control de potencia: $220V \pm 10\%$ 50Hz

La parte mecánica

- 1. La longitud de extensión del brazo transversal: 1050mm
- 2. Rango de ajuste de arriba y abajo: $\geq 230mm$
- 3. Rango de enfoque eléctrico controlado por el pie: $40mm \pm 10mm$

Accesorios opcionales

- ★1, 4X-20X asistente de zoom continuo sin pasos
- 2. Espectroscopio, sistema de cámara
- 3. 250mm, 300mm, 400mm de gran objetivo aumenta la distancia de trabajo
- 4. Espectroscopio, sistema de cámara

Panamá | Centroamérica | Caribe | CARICOM

Información del catálogo autorizado. Confirmar configuración, accesorios y documentación en la cotización.

Traducción asistida: revisar la ficha del fabricante antes de comprar.