

FICHA TÉCNICA

Sala de radiografía de rayos X YSX1624

Alta Calidad Radiografía de puerta doble Estudio fotográfico YSX1624

X-Ray de protección de dispositivo- sala de protección

1. Estudio fotográfico
2. Para el trabajador de la radiación
3. Puerta doble
3. Tomar fotografía y fluoroscopia
4. CE

Descripción detallada del producto

1. Puertas dobles que llevan la sala de peto negativo
2. Se utiliza para que el trabajador de la radiación tome fotografías y fluoroscopia.
3. Puertas dobles que toma la habitación de Plumbum negativo / habitación de escudo
4. La sala de protección médica de rayos X está compuesta por plomos planos y placas de hierro.
5. Tiene dos tipos: sala fluoroscópica y cámara de cámara.
6. El equivalente de plomo de la sala fluoroscópica no es inferior a 0,5mmpb y el equivalente de plomo de la cámara de cámara no es menos de 1.0mmpb.
7. Se utiliza para que el trabajador de la radiación tome fotografías y fluoroscopia, y es adecuado para la protección de rayos X.

Panamá | Centroamérica | Caribe | CARICOM

Información del catálogo autorizado. Confirmar configuración, accesorios y documentación en la cotización.

Traducción asistida: revisar la ficha del fabricante antes de comprar.